



Zavod za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-19-13048- 14/19

Datum: 03.10.2019. god.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka broj 127-19-13048-14/19 od 02.10.2019. godine, Direktor Zavoda donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci roba – medicinska oprema III za lot 2 putem otvorenog postupka, dodjeljuje se ponuđaču Paroco-B medical equipment d.o.o. Banja Luka za ponuda broj 209/MO-19 od 03.09.2019. godine za ponudenu cijenu 3.800,00 KM bez PDV-a odnosno 4.446,00 KM sa PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda.

II

Izabrani ponuđač u sklopu ponude broj 209/MO-19 od 03.09.2019. godine je dostavio dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3 Tenderske dokumentacije te nije dužan istu dostaviti naknadno dostavljati.

III

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-19-13048-1/19 od 30.08.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba medicinska oprema, procijenjene vrijednosti za lot 2 od 4.000 KM putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-378-3-184/19, objavljeno dana 30.08.2019. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 4 ponude ponuđača Stepmed d.o.o. Banja Luka, Paroco-b medical equipment d.o.o. Banja Luka, Medical Partners d.o.o. Tuzla i Medicom d.o.o. Bijeljina.

12 10

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-19-13048-4/19 od 10.09.2019. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 127-19-13048-~~12~~10/19 od 02.10.2019. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Komisija za javne nabavke je konstatovala da ponuda ponuđača Paroco-b medical equipment sadrži svu dokumentaciju traženu tačkom 5.3. u otvorenom postupku za nabavku roba – medicinska oprema III za lot 2, a u skladu sa otvorenim postupkom sa objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja: 617-1-1-378-3-184/19, objavljeno dana 30.08.2019. godine.

Komisija je konstatovala sledeće:

a) ponuda ponuđača Stepmed d.o.o. Banja Luka za lot 2 nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.2 pod g) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava karakteristiku „nivo buke manji od 40 dB“ kako je traženo tenderskom dokumentacijom obzirom da u dostavljenim katalogima je navedeno da je nivo buke ponuđenog aparata „49 +15% dB“.

b) ponuda ponuđača Medical Partners d.o.o. Tuzla za lot 2 nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.2 pod g) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava karakteristiku „nivo buke manji od 40 dB“ kako je traženo tenderskom dokumentacijom obzirom da u dostavljenim katalogima je navedeno da je nivo buke ponuđenog aparata „manji od 45 dB“.

- U skladu sa zahtjevima ugovornog organa iz tačke 4.3.2 pod v) odnosno tačkom 4.3.2 i 5.2.2. pomenute tenderske dokumentacije ponuđač nije dostavio original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja proizvođača opreme za vršenje servisa na ponuđenoj opremi.

v) ponuda ponuđača Medicom d.o.o. Bijeljina za lot 2 nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.2 pod g) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava sledeće karakteristike:

- „nivo buke manji od 40 dB“ kako je traženo tenderskom dokumentacijom obzirom da u dostavljenim katalogima je navedeno da je nivo buke ponuđenog aparata „45 dB +/- 1,5 dB“.

- u dostavljenim katalogima nije navedena sigurnosna prelivna posuda niti je ista uočljiva na dostavljenom katalogu.

- U skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 3.1.3 pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da je ponuđač dostavio izjavu na kojoj navodi da obezbeđuje tehničku podršku u trajanju od 3 dana, a ne od 30 dana kako je traženo dokumentacijom.

- U skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.2. pod v) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da u sklopu dostavljene dokazne dokumentacije - ugovora o servisiranju medicinskih uređaja, u članu 1. se utvrđuju prava i obaveze pravnih lica Inel d.o.o. i Stepmed d.o.o., a ne Medicom d.o.o. Bijeljina kao ponuđača.

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda te je tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda sljedeći:

Broj protokola ugovorno g organa	Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena	Kriterijumi ocjene ponuda	Broj osvojenih bodova	Rang
2.	127-19-13048-6/19	Paroco-B medical equipment d.o.o. Banja Luka	Da	Cijena: 3.800,00 KM Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture	1. 95,00 2. 5,00 Ukupno: 100,00	1

Ponuđač Paroco-B medical equipment d.o.o. Banja Luka je u skladu sa kriterijima zadatim tenderskom dokumentacijom ostvario:

1. Kriterij „Cijena“ – 95,00 bodova
 2. Kriterij „Rok plaćanja“ – 5,00 bodova
- ,odnosno ukupno 100,00 bodova te je u skladu sa kriterijima proglašen prvorangiranim za lot 1.

Iz prethodno navedenog, skladu sa kriterijom ekonomski najpovoljnija ponuda Komisija je kao najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba medicinska oprema za lot 2 ocijenila Paroco-B medical equipment d.o.o. Banja Luka sa ukupnom cijenom 3.800,00 KM bez PDV-a odnosno 4.446,00 KM sa PDV-om i dala preporuku da se sa istim zaključi ugovor.

Komisija je konstatovala da je ponuđač Paroco-B medical equipment d.o.o. Banja Luka u skladu sa Aneksom 4 svojom izjavom potvrdio da ispunjava uslove iz člana 45. ZJN tačke od a) do d). Ponuđač u sklopu ponude je dostavio dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje traženih uslova, te nije dužan istu dostaviti naknadno.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) ZJN BiH.



DIREKTOR

spec. med. Goran Talić

Spec. ortopedije sa traumatologijom

Dr Miroslav
Zotović

3

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11 • Banja Luka • Republika Srpska • Bosna i Hercegovina
tel: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
žiro račun: 555190-0024689624 Nova banka a.d. Banja Luka
JIB: 4400917770002