



Zavod za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju
Dr Miroslav Zotović

Broj: 127-22-4593-14 /19

Datum: 04.06. .2019. god

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka broj 127-22-4593-13/19 od 04.06.2019. godine, Direktor Zavoda donosi:

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

I

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci roba – medicinska oprema za lot 2 putem otvorenog postupka, dodjeljuje se ponuđaču Medicom d.o.o. Bijeljina za ponuda broj 738-330 od 30.04.2019. godine za ponudenu cijenu 9.400,00 KM bez PDV-a odnosno 10.998,00 KM sa PDV-om kao najpovoljijem ponuđaču prema kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda.

II

Izabrani ponuđač je u sklopu ponude broj 738-330 od 30.04.2019. godine dostavio dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3 Tenderske dokumentacije te nije dužan istu dostaviti naknadno.

III

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda (www.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-22-4593-1/19 od 08.04.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba medicinska oprema, procijenjene vrijednosti za lot 2 od 10.000 KM putem otvorenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-1-151-3-88/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 10.04.2019. godine.

Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene 3 ponude ponuđača Elmins d.o.o. Gacko, Medicom d.o.o. Bijeljina i Derby Trade d.o.o. Brčko.

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 127-22-4593-4/19 od 23.04.2019. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 127-22-4593-13/19 od 04.06.2019. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

[Handwritten signature]

Komisija za javne nabavke je konstatovala da ponuda ponuđača Medicom d.o.o. Bijeljina sadrži svu dokumentaciju traženu tačkom 5.3. u otvorenom postupku za nabavku roba – medicinska oprema za lot 2, a u skladu sa otvorenim postupkom sa objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja: 617-1-1-151-3-88/19.

Komisija je konstatovala sledeće:

- Ponuda ponuđača Elmins d.o.o. Gacko za lot 2 nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.1 pod g) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava sledeće karakteristike (odnosno nema ih naznačene u katalogu te nije moguće utvrditi da li ih ispunjava):

- Ekran: TFT color, veličine minimum 150x90mm, osetljiv na dodir
- Tastatura: Folijska, ravna i kontrole na ekranu „touch screen“
- Prikaz na ekranu:
 1. svih 12 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu
 2. Prikaz krive ritma (po izboru) sa poremećajima
 3. HR
 4. Brzina (mm/s), osetljivost (cm/mV)
 5. Prikaz elektrode koja nema kontakt, i sa mogućnošću prikaza preostalih EKG krivih na ekranu (sa onih elektroda koje imaju kontakt)
 6. Prikaz stanja baterije (trenutnog kapaciteta)
- Raspored odvoda: Standardan i Kabrera
- Programi za dijagnozu (dijagnostic program) i program za analizu ritma
- Memorija:
 1. mogućnost memorisanja 8 sek. EKG snimka sa dijagnostičkim merenjima (QRS, QT, QTc, P-Q)
 2. ritam (snimanje i memorisanje) min. 10 minuta ritma jednog zadatog odvoda, sa mogućnošću naknadne štampe
- Alarm: mogućnost postavljanja zvučnog alarma za HR za vreme monitoringa, donji i gornji limit
- Filteri: linijski 50Hz, mišićni, i filter izoelektrične linije
- Autonomija pri radu na baterije: min 30min štampe ili 4 sata monitoringa

- Ponuda ponuđača Derby Trade d.o.o. Brčko za lot 2 nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuda ponuđača ne zadovoljava minimalne tražene tehničke specifikacije prema tenderskoj dokumentaciji. Pregledom dostavljenih kataloga koje je ponuđač dostavio u skladu sa zahtjevima ugovornog organa prema tački 4.3.1 pod g) pomenute tenderske dokumentacije, komisija je utvrdila da ponuđač ne ispunjava sledeće karakteristike (odnosno nema ih naznačene u katalogu te nije moguće utvrditi da li ih ispunjava):

- Ekran: TFT color, veličine minimum 150x90mm, osetljiv na dodir
- Tastatura: Folijska, ravna i kontrole na ekranu „touch screen“
- Prikaz na ekranu:
 1. svih 12 EKG krivih istovremeno u realnom vremenu
 2. Prikaz krive ritma (po izboru) sa poremećajima
 3. HR
 4. Brzina (mm/s), osetljivost (cm/mV)
 5. Prikaz elektrode koja nema kontakt, i sa mogućnošću prikaza preostalih EKG krivih na ekranu (sa onih elektroda koje imaju kontakt)

6. Prikaz stanja baterije (trenutnog kapaciteta)

- Memorija:

1. mogućnost memorisanja 8 sek. EKG snimka sa dijagnostičkim merenjima (QRS, QT, QTc, P-Q)
 2. ritam (snimanje i memorisanje) min. 10 minuta ritma jednog zadatog odvoda, sa mogućnošću naknadne štampe
- Alarm: mogućnost postavljanja zvučnog alarma za HR za vreme monitoringa, donji i gornji limit
- Filteri: linijski 50Hz, mišićni, i filter izoelektrične linije

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda te je tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda sljedeći:

Broj protokola ugovornog organa	Redni broj omotnice ponude	Naziv ponuđača	Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena	Kriterijumi ocjene ponuda	Broj osvojenih bodova	Rang
127-22-4593-8/19	4.	Medicom d.o.o. Bijeljina	Da	Cijena: 9.400,00 KM Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture	1. 95,00 2. 5,00 Ukupno: 100,00	1

Ponuđač Medicom d.o.o. Bijeljina je u skladu sa kriterijima zadatim tenderskom dokumentacijom ostvario:

1. Kriterij „Cijena“ – 95,00 bodova
 2. Kriterij „Rok plaćanja“ – 5,00 bodova
- ,odnosno ukupno 100,00 bodova te je u skladu sa kriterijima proglašen prvorangiranim za lot 1.

Iz prethodno navedenog, skladu sa kriterijom ekonomski najpovoljnija ponuda Komisija je kao najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba medicinska oprema za lot 2 ocijenila Medicom d.o.o. Bijeljina sa ukupnom cijenom 9.400,00 KM bez PDV-a, odnosno 10.998,00 KM sa PDV-om i dala preporuku da se sa istim zaključi ugovor.

Komisija je konstatovala da je ponuđač Medicom d.o.o. Bijeljina u skladu sa Aneksom 4 svojom izjavom potvrdila da ispunjava uslove iz člana 45. ZJN tačke od a) do d). Ponuđač u sklopu ponude je dostavio dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje traženih uslova, te nije dužan istu dostaviti naknadno.

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) ZJN BiH.

 DIREKTOR
Prim. dr. spec. med. Goran Talić
Spec. ortopedije sa traumatologijom
Goran Talić

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović
Slatinska 11 • Banja Luka • Republika Srpska • Bosna i Hercegovina
tel: 051 348 444 • www.zotovicbl.com • kontakt@zotovicbl.com
žiro račun: 555190-0024689624 Nova banka a.d. Banja Luka
JIB: 4400917770002